



Міністерство охорони здоров'я України

КРИМСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА  
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СТАНЦІЯ

вул. Набережна, 67, м.Сімферополь, 95034

тел. (0652)27-33-12, факс. (0652)27-20-34

E-mail [crimea\\_ses@crimeainfo.com](mailto:crimea_ses@crimeainfo.com)

Код ЄДРПОУ 01995433

Министерство здравоохранения Украины

КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

ул. Набережная, 67, г.Симферополь, 95034

тел. (0652)27-33-12, факс. (0652)27-20-34

E-mail [crimea\\_ses@crimeainfo.com](mailto:crimea_ses@crimeainfo.com)

Код ЕГРПОУ 01995433

## РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1491-1502 от 26.11.2012 года

радиационного качества материала

(действительно в течении года со дня выдачи)

Свидетельство аттестации Крымской Республиканской СЭС №РЕ490/11 от 30.10.11г.

Предприятие-поставщик – ПАО «Альминский завод строительных материалов», Украина, АР Крым, Бахчисарайский район, с.Скалистое, ул.Мичурина, 1а.

Наименование материала – продукция (в ассортименте) и порода: Скалистовского (1492, 1492, 1499), Альминско-Бодракского (1493, 1494, 1500), Альминского (1495, 1496, 1501), Красномаковского (1497, 1498, 1502) месторождений.

Тип прибора – спектрометр гамма-бета излучения «Гамма-плюс», свидетельство Госповерки - сентябрь 2012г.

Место рождения	Радий Бк\кг Ra-226	Торий Бк\кг Th-232	Калий Бк\кг K-40	А.эф. Бк\кг	Класс применения	Тип материала	Уточненный тип пробы	Место отбора проб
Скалистовское	11,8 10,0	<7,0 <7,0	<40,0 <40,0	<21,0 <19,2	1	продукция порода	известняк	нарочным
Альминско-Бодракское	19,2 18,7	<7,0 <7,0	<40,0 <40,0	<28,4 <27,9	1	продукция порода	известняк	нарочным
Альминское	32,8 30,6	<7,0 <7,0	<40,0 <40,0	<42,0 <39,8	1	продукция порода	известняк	нарочным
Красномаковское	14,5 13,9	<7,0 <7,0	<40,0 <40,0	<23,2 <23,1	1	продукция порода	известняк	нарочным

**Заключение:** На основании «Норм радиационной безопасности Украины (НРБУ-97) п.8.5.1», разрешается применять продукцию (в ассортименте) и породу: Скалистовского, Альминско-Бодракского, Альминского и Красномаковского месторождений без ограничения (А.эф. не превышает 370 Бк/кг).

Зам. Главного Государственного  
санитарного врача АР Крым



Ю.А. Дорофеев

Исп. Минаков А.В.  
т.25-54-69